



**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ЗАО «РОСА»**

*Провайдер проверок квалификации лабораторий
Аттестат аккредитации № RA.RU.430162
Аттестат аккредитации № AAC.PTP.00220*



**СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

Май 2019 г.

Настоящим удостоверяется, что **испытательная лаборатория качества воды (ОАО «Сыктывкарский Водоканал»)** принимал(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и получил(а) удовлетворительные результаты анализа контрольных проб по следующим показателям:

Шифр образца	Показатель	Единица измерения	Результат анализа $\pm \Delta^*$	Установленное значение $\pm \Delta^{**}$
ОК-Е1-19В	Нитрит-ионы	мг/л	$0,097 \pm 0,049$	$0,102 \pm 0,003$
ОК-Н1-19В	Жесткость общая	град. Ж	$4,4 \pm 0,7$	$4,36 \pm 0,04$
ОК-М1-19В	БПК ₅	мг/л	169 ± 15	178 ± 7
ОК-М1-19В	ХПК	мг/л	293 ± 41	310 ± 13

* Погрешность результата анализа, указанная участником МСИ;

** Погрешность аттестованного значения показателя в ОК при $P=0,95$.

Последние буквы в шифре образца обозначают объект анализа:

А – воздух; В – вода; О – осадок сточных вод;

П – почва; Р – реагент водоподготовки.

Приложение: отчет по результатам межлабораторных сравнительных испытаний.

Генеральный директор

 **А.В. Чамаев**

Начальник отдела
контроля качества

 **А.В. Карташова**



Регистрационный № 32/1 /1-МСИ-2019 - 1
г. Москва